Chełm, dnia 19 listopada 2026 r.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2
22-100 Chełm
tel. 82 568 59 00

PYTANIA

do zapytania ofertowego z dnia 17 listopada 2026 roku
dot. wykonania przeglądu technicznego oraz walidacji chłodziarek medycznych

Proszę o doprecyzowanie, jaki zakres walidacji jest wymagany. Czy usługa ma obejmować wielopunktowe mapowanie temperatury wewnątrz chłodziarek? Jeśli tak, proszę o wskazanie wymaganego czasu pomiarów, liczby punktów pomiarowych oraz informacji czy badanie ma być przeprowadzone przy pustej, czy załadowanej chłodziarce. Proszę również o informację, jakie dokumenty należy przekazać po wykonaniu walidacji oraz czy Zamawiający określa wymaganą metodykę lub kryteria akceptacji wyników.

ODPOWIEDZI

Zamawiający informuje, że walidacja chłodziarek powinna obejmować wielopunktowe mapowanie temperatury wewnątrz urządzenia, przeprowadzone w czasie 24 godzin, przy załadowanej chłodziarce.

Po wykonaniu usługi Wykonawca zobowiązany jest przekazać:

- świadectwo walidacji,
- świadectwo sprawdzenia,
- świadectwo wzorcowania.

Liczba punktów pomiarowych oraz metodyka przeprowadzenia badania powinny zapewniać prawidłową ocenę warunków temperaturowych panujących wewnątrz chłodziarki.

Kierownik
Służby Zdrowia
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
z siedzibą w Chełmie

mjr SG Alicja Kondraciuk
/podpisano elektronicznie/
19.11.2026

Sporządziła
Justyna Jegorow
tel.: 82 568-52-35
Dnia: 19.11.2026 r.

35 - LECIE POWOŁANIA STRAŻY GRANICZNEJ